

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2022 рік

Інформація про план

UA-P-2022-08-11-007398-b - c163565cf99e4ffa9a4a936fbae3befe

1. Найменування плану: Інструменти і приладдя офтальмологічні – 13 найменувань
2. Сума: 467 400.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 11.08.2022 18:24

Інформація про замовника

5. Найменування: ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 08735095
7. Місцезнаходження: 01024, Україна, м. Київ, М.КИЇВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, вул. Пилипа Орлика, буд.12
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Віскоеластичний розчин, кожен мл якого містить не більше 40 мг натрію хондроїтин сульфату, 30 мг гіалуронату натрію, з молекулярною вагою гіалуронату натрію вище 500, 000 дальтон , в'язкість $40\,000 \pm 20\,000$ мПа•с. Об'єм 0,5 мл., Матеріал офтальмологічний віскоеластичний тип 1 повинен відповідати наступним вимогам: • Віскоеластичний розчин, кожен мл якого містить не більше 17 мг натрію гіалуронат, 40 мг натрію хондроїтин сульфату, з середньою молекулярною вагою натрію гіалуронату 1,7мДа, в'язкість 40.000-110.000 мПа•с. • місткість – шприц не менше ніж 1,0 мл та канюля, Стерильний фізіологічний збалансований сольовий розчин для іригації під час екстраокулярних та інтраокулярних процедур, призначений для промивання та зволоження тканин ока під час різних хірургічних процедур в офтальмології. У пластиковій упаковці ємністю 500мл., Картридж D (аналог або еквівалент) для імплантації інтраокулярних лінз повинен відповідати наступним вимогам: • Сумісність з системою Monarch® III • Стерильний одноразового використання, Ніж офтальмологічний стерильний тип 1 повинен відповідати наступним вимогам: • Ширина формованого тунельного розрізу рогівки повинна бути 1,2 мм • Стерильний одноразового використання, Ніж офтальмологічний стерильний тип 2 повинен відповідати наступним вимогам: • Ширина формованого тунельного розрізу рогівки повинна

бути 2,0 мм. • Стерильний одноразового використання, Ніж офтальмологічний стерильний тип 3 повинен відповідати наступним вимогам: • Ширина формованого тунельного розрізу роگیлки повинна бути 2,2 мм. • Стерильний одноразового використання, Комплект FMS для Centurion, з системою активної іригації, зі збалансованим мікронаконечником ABS Bevel Up Ultra 0.9 мм, 30 градусів повинен відповідати наступним вимогам: Комплект для хірургії катаракти за допомогою системи Centurion повинен мати повну сумісність системою Centurion (Alcon) та складатися: Система управління рідинами(FMS) Наконечник для системи управління активною гідродинамікою Наконечник для системи управління гравітаційною гідродинамікою Ультразвуковий наконечник Тест-камера Ключ для установки ультразвукового наконечника Інфузійний рукав(2х) Ключ для установки наконечника для іригації/аспірації Чохол для столика приладу стерильний одноразового використання, • Шовний матеріал тип 1 повинен відповідати наступним вимогам: • Тип шовного матеріалу – нейлон чорного кольору, моноволокну. • Товщина шовного матеріалу – 10-0 • Довжина нитки - 30см, Шовний матеріал тип 2 повинен відповідати наступним вимогам: • Тип шовного матеріалу – нейлон чорного кольору, моноволокну. • Товщина шовного матеріалу – 9-0 • Довжина нитки - 30см, Шовний матеріал тип 3 повинен відповідати наступним вимогам: • Матеріал – поліпропілен, блакитний • Товщина шовного матеріалу – 10-0 • Довжина нитки – 20 см., Капсулярне кільце типу Intracapsular Ring, повинне бути: - стислий діаметр 11 мм. або еквівалент, Капсулярне кільце типу Intracapsular Ring, повинне бути: - стислий діаметр 10 мм. або еквівалент

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 467 400.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		467 400.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Серпень 2022