

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

Інформація про план

UA-P-2024-07-31-004772-a - 2b0794e0ce2540019a51b0387790fe2a

1. Найменування плану: Коронарний балон-катетер, L балона 11-15 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 12 Атм, тиск розриву балону від 20 Атм, Ø проксимального шaftу від 2,07 F, Ø дистального шaftу від 2,52 F, L від 140 см; Коронарний балон-катетер, довжина балона до 11-20 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, покриття гідрофільне, профіль верхівки до 0,017", номінальний тиск балону від 6 Атм, номінальний тиск розриву балону від 12 Атм, RX (Monorail), Ø сумісного провідника 0,014", Ø проксимального шaftу від 1,8 F, Ø дистального шaftу від 2,3 F, довжина від 140 см; Коронарний балон-катетер, довжина балона 11-20 мм, Ø балона 2,5-3,0 мм, покриття гідрофільне, профіль верхівки до 0,017", номінальний тиск балону від 6 Атм, номінальний тиск розриву балону від 12 Атм, RX (Monorail), Ø сумісного провідника 0,014", Ø проксимального шaftу від 1,8 F, Ø дистального шaftу від 2,3 F, довжина від 140 см; Коронарний балон-катетер, довжина балона 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, покриття гідрофільне, профіль верхівки до 0,017", номінальний тиск балону від 6 Атм, номінальний тиск розриву балону від 12 Атм, RX (Monorail), Ø сумісного провідника 0,014", Ø проксимального шaftу від 1,8 F, Ø дистального шaftу від 2,3 F, довжина від 140 см; Коронарний балон-катетер, довжина 11-20 мм, Ø балона 3,25-3,75 мм, покриття гідрофільне, профіль верхівки до 0,017", номінальний тиск балону від 12 Атм, номінальний тиск розриву балону від 18 Атм, RX (Monorail), Ø сумісного провідника 0,014", Ø проксимального шaftу від 1,8 F, Ø дистального шaftу від 2,3 F, довжина від 140 см; Коронарний балон-катетер, довжина 11-20 мм, Ø балона 4,0-4,5 мм, покриття гідрофільне, профіль верхівки до 0,017", номінальний тиск балону від 12 Атм, номінальний тиск розриву балону від 18 Атм, RX (Monorail), Ø сумісного провідника 0,014", Ø проксимального шaftу від 1,8 F, Ø дистального шaftу від 2,3 F, довжина від 140 см; Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 21Gx40мм

2. Сума: 244 700.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 31.07.2024 12:18

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05493838

7. Місцезнаходження: 28000, Україна, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Ярмаркова,

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 244 700.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	за рахунок коштів НСЗУ	244 700.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Липень 2024