

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-09-26-003384-a - 38d0db7a8954477091d2840b9ce41b15

1. Найменування плану: Електрохірургічні інструменти в кількості 24 найменувань згідно з кодом ДК 021: 2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків
2. Сума: 872 906.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 26.09.2025 10:23

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02005349
7. Місцезнаходження: 19402, Україна, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченковский, вул. Ярослава Мудрого, 120
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Електрод-ніж, прямий, 3,4*24 мм, не менше ніж Д=45 мм, стрижень не більше ніж 2,4 мм, макс. струм не менше ніж 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, 5 шт./пакунок (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)), Електрод-шпатель, прямий, 2,3*19 мм, не менше ніж Д=120 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові)), Електрод-ніж, прямий, 2,4*12 мм, не менше ніж Д=120 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові), Вольфрамований електрод-голка, прямий, ізольований, Ø0,5*3 мм, не менше ніж Д=55 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 1 кВп, миття при макс. 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові), Електрод-шарик, прямий, Ø3 мм, не менше ніж Д=110 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при

макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024- L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові), Електрод-шарик, вигнутий, Ø4 мм, не менше ніж D=35 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, 5 шт./пакунок, наявність: 1 пак. (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові), Електрод-ніж, прямий, 1,5*17 мм, не менше ніж D=40 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, 5 шт./пакунок (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові), Електрод-шпатель, прямий, ізольований, 2,3*19 мм, не менше ніж D=180 мм, стрижень 2,4 мм, макс. струм не менше ніж 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 -L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові), Тримач електродів з не менше ніж 2 кнопками, зі з'єднувальним кабелем 4 м, макс. струм не менше ніж 6 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 -L180301 електрохірургічні наконечники для відкритої хірургії, багаторазові)), Монополярний з'єднувальний кабель, не менше ніж 4 м, для тримача електродів та електрод-гак, макс. струм не менше ніж 5 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031: 2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари) , Кабель для нейтрального електрода, міжнародний стандарт, не менше ніж 4 м, для нейтральних електродів з контактним язичком, макс. струм не менше ніж 0,5 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари), Нейтральний електрод, одноразовий, з контактним язичком, складений з двох пластин, контактна поверхня не менше ніж 80 см², еквіпотенційне кільце 23 см², без з'єднувального кабелю, 50 шт. (НК 031:2024 -K020102 електрохірургічні пластини (нейтральні електроди) і кабелі, одноразові), Фіксація, довжина не менше ніж 82 см (НК 031:2024 - Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше), Набір нейтрального електрода, багаторазовий, в комплекті з фіксацією, без з'єднувального кабелю, миття при макс. не менше ніж 95°C, габарити 155*177 мм (НК 031:2024 - Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше), Малий хірургічний набір. Складається з, не менше ніж: 1. Стерилізаційної вставки 2. Електрод-шарик, прямий, діаметр 4 мм 3. Електрод типу «дротяна петля», прямий, діаметр 6 мм 4. Електрод-голка, прямий, діаметр 0,8 мм, довжина 22 мм 5. Електрод-ніж, прямий, ширина 3,4 мм, довжина 24 мм 6. Електрод-ніж, вигнутий, ширина 1,5 мм, довжина 17 мм (НК 031:2024 - L1806 електрохірургічні електроди, багаторазові), Подовжувач стрижня, Ø4 мм, вигнутий, не менше ніж D=40 мм, макс. струм не менше ніж 4 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 134°C (НК 031:2024 -Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше) , Подовжувач стрижня, Ø4 мм, ізольований, не менше ніж D=180 мм, макс. струм не менше ніж 4 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 134°C (НК 031:2024 - Z12010999 електрохірургічні інструменти - інше), Подушечка для очистки електродів з клейкою плівкою не менше ніж 50*50 мм (НК 031:2024 - Z12011380 інструменти для очистки, дезінфекції і стерилізації - апаратні аксесуари), Монополярний з'єднувальний кабель, VIO, ICC, ACC, міжнародний стандарт, Ø8 мм, не менше ніж 4 м, для ріжучих і коагуляційних інструментів з роз'ємом Ø4 мм, макс. струм не менше ніж 4 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 -Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари) , Тримач електродів з 2 кнопками, без з'єднувального кабелю, макс. струм не менше ніж 4,3 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C (НК 031:2024 - L180301 електрохірургічні наконечники для відкритої хірургії, багаторазові), Біполярні ножиці, стрижень Ø5 мм, не менше ніж D=350 мм, макс. струм не менше ніж 0,475 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C. Сумісний з приладами: VIO 3 та VIO 300 D (НК 031:2024 - L1801 дисектори для електрохірургії, багаторазові), Біполярний з'єднувальний кабель, не менше ніж 4 м для біполярних пінцетів, макс. струм не менше ніж 1 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не

менше ніж 138°C (НК 031:2024 -Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари) , Зажим, MF-2, вигнутий, 23°, гладкий, не менше ніж Д=150 мм, зі з'єднувальним кабелем не менше ніж 4 м та вилкою MF-2, з керамічним покриттям, макс. струм не менше ніж 0,25 кВп, миття при макс. не менше ніж 95°C, стерилізація при макс. не менше ніж 138°C, для лігування. Сумісний з приладами: VIO 3 та VIO 300 D (НК 031:2024 -L180201 електрохірургічні ножиці для відкритої хірургії, багаторазові)), Однопедальний перемикач для VIO 3 та VIO 300 D, стандарт AP і IPX8, зі з'єднувальним кабелем не менше ніж 5 м, макс. температура миття не менше ніж 75°C (НК 031:2024 - Z12010980 електрохірургічні інструменти - апаратні аксесуари)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3210 Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користуванняКЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)КЕКВ: 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 872 906.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	872 906.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Вересень 2025