

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-10-16-009443-a - 956e80a01a484e0ebe553a1bb5b741d8

1. Найменування плану: Лабораторні реактиви
2. Сума: 51 802.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 16.10.2025 13:02

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Березівська центральна міська лікарня" Березівської міської ради Одеської області
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01998650
7. Місцезнаходження: 67300, Україна, Одеська область, м. Березівка, вул. Лікарняна, 6
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розчинник для гематологічного аналізатора Dymind DH36 повинен мати об'єм не менше 19л , стабільність відкритого реагенту не менше 60 діб, підрахунок частинок: об'єм частинок $\geq 2,5$ fL (фл), підрахунок частинок $\leq 2,5 \times 10^5/L$ (л). НК 031:2024W0103010105, Розчин лізуючий для аналізатора Dymind DH36 повинен мати об'єм не менше 0,45 л, містити протигрибкові та антибактеріальні засоби, стабільність відкритого реагенту не менше 60 діб, мати фоновий результат: $WBC \leq 0,2 \times 10^9/L$ (л), $HGB \leq 1$ g/L (г/л) НК 031:2024 - W0103010105, Очищувач для гематологічного аналізатору Dymind DH36 повинен мати об'єм не менше 49 мл , має містити NaClO, NaOH, стабільність відкритого реагенту не менше 60 діб, мати фоновий результат $WBC \leq 0,2 \times 10^9/L$ (л), $RBC \leq 0,02 \times 10^{12}/L$ (л), $HGB \leq 1$ g/L (г/л), $PLT \leq 10 \times 10^9/L$ (л). НК 031:2024 - W0103010105, Контрольна кров, CBC-3D. Контроль, призначений для моніторингу значень на автоматизованих гематологічних аналізаторах. Наявність в паспорті показників атестованих під запропонований аналізатор (в паспорті має бути назва аналізатору). Кількість атестованих показників - 19. НК 031:2024 - W0103010599, Калій. Набір реагентів, які містять: трис-буфер, Na-ТФБ, кислоти борну. Метод: турбідиметричний. Стабільність відкритих розчинів: не менше 60 діб. Лінійність: не менше 10 ммоль/л. Чутливість: не гірше 0,05 ммоль/л. CV відтворюваності, %: не менше 2,56 (для норми)

та 1,33 (для патологічних значень). Реагент 1 (4x30 мл) НК 031:2024 - W01010308

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 51 802.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		51 802.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Жовтень 2025