

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2025-12-07-000618-a - 05afaf263d8f495780f7b85a9515291d

1. Найменування плану: код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"- 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (КОД НК 031:2024: W0103010105; W0103010105; W0103010105; W0103010599; W0103010105; W0103010105; W0103010105; КОД НК 024:2023: 58237, 55859, 59058, 55866, 58237, 55859, 59058); Розчинник для гематологічного аналізатора Dymind DH36 повинен мати об'єм не менше 19л, стабільність відкритого реагенту не менше 60 діб, підрахунок частинок: об'єм частинок $\geq 2,5$ fL (фл), підрахунок частинок $\leq 2,5 \times 10^5/L$ (л). Розчин лізуючий для аналізатора Dymind DH36 повинен мати об'єм не менше 0,45 л, містити протигрибкові та антибактеріальні засоби, стабільність відкритого реагенту не менше 60 діб, мати фоновий результат: $WBC \leq 0,2 \times 10^9/L$ (л), $HbG \leq 1$ g/L (г/л) Очишувач для гематологічного аналізатору Dymind DH36 повинен мати об'єм не менше 49 мл, має містити NaClO, NaOH, стабільність відкритого реагенту не менше 60 діб, мати фоновий результат $WBC \leq 0,2 \times 10^9/L$ (л), $RBC \leq 0,02 \times 10^{12}/L$ (л), $HbG \leq 1$ g/L (г/л), $PLT \leq 10 \times 10^9/L$ (л). Контрольна кров, CBC-3D. Контроль, призначений для моніторингу значень на автоматизованих гематологічних аналізаторах. Наявність в паспорті показників атестованих під запропонований аналізатор (в паспорті має бути назва аналізатору). Кількість атестованих показників – 19. Розчинник (ділюєнт) для гематологічних аналізаторів серії KT, виготовлених компанією Genrui Biotech Inc. Безбарвна рідина яка повинна складатися з таких основних компонентів: сульфат натрію, буфер антимікробні компоненти. Повинен мати наступні референсні значення: pH не менше ніж 7.0 ± 0.20 ; провідність не менше 17 ± 0.50 мС/см; осмотичний тиск не менше 318 ± 10 мосм/кг. Об'єм реагентів не менше 20 л. Термін придатності 2 роки при температурі зберігання $2-30^\circ C$ Розчин лізуючий для гематологічних аналізаторів серії KT, виготовлених компанією Genrui Biotech Inc. Рідина яка повинна складатися з таких основних компонентів: сульфат натрію, поверхнево-активна речовина, гліцерин. Розчин повинен мати наступні референсні значення: pH не менше ніж 8.8 ± 0.2 ; довжина хвилі піку максимальної абсорбції – $\lambda_{\text{макс}} (540\text{nm}) \pm 10\text{nm}$; значення холостої проби повинні бути не гірше - лейкоцити $\leq 0.3 \times 10^9/\text{л}$, $Hb \leq 2\text{г/л}$. Об'єм реагентів не більше 0,5 л. Термін придатності 2 роки при температурі зберігання $2-30^\circ C$ Очисник для периферичної крові. для гематологічних аналізаторів серії KT, виготовлених компанією Genrui Biotech Inc. Безбарвна рідина яка повинна складатися з таких основних компонентів: NaClO, NaOH. Розчин повинен мати наступні референсні значення: холоста проба повинна бути не гірше ніж - лейкоцити $\leq 0,2 \times 10^9/\text{л}$, еритроцити $\leq 0.02 \times 10^{12}/\text{л}$, $Hb \leq 1\text{г/л}$ тромбоцити $\leq 10 \times 10^9/\text{л}$. Об'єм реагентів не більше 50 мл. Термін придатності 2 роки при температурі зберігання $2-30^\circ C$)

2. Сума: 301 671.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 07.12.2025 15:41

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 43329217
7. Місцезнаходження: 76018, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Стрільців Січових, 56
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
- ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різніНК 024:2023: 58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напіваавтоматичні системи
11. Код згідно з КЕКВ:
- КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 301 671.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		301 671.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Грудень 2025