

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-02-23-017981-a - b0528716e7fa4849b1a014a3f1b03c3a

1. Найменування плану: Кровопрвідні магістралі для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, венозна, внутр. діаметр насосного сегменту 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, з кольоровим маркуванням, сумісність: B.Braun Dialog+ online/Dialog+, Тип: Високопоточковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 40-70, Діалізатор низькопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,6-1,7 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год, Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,8-1,9 м², коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год, Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,2-2,3 м², коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год, Кровопрвідна магістраль для проведення гемодіалізації, тип доступу: артеріальна/венозна, з'єднання : Luer Lock, кольорове кодування, сумісність з апаратом: B.Braun Dialog iQ, радіаційна стерилізація, Внутрішній діаметр насосного сегменту: 8мм, Вміст сухого бікарбонату: 760 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: B.Braun Dialog+ online, B.Braun Dialog iQ, B.Braun Dialog+, Концентрат (розчин) кислотного компоненту діалізуючого розчину (з/без глюкозою): розчин, Na⁺ 138 ммоль/л, K⁺ 2 ммоль/л, Ca²⁺ 1.75 ммоль/л, Mg²⁺ 0.5 ммоль/л, Cl⁻ 109.5 ммоль/л, ацетат 3 ммоль/л, глюкоза 1 г/л, пропорція розведення 1+34, Фільтр для використання в якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 150, сумісність з апаратом для гемодіалізу: B.Braun Dialog+/Dialog iQ/Dialog+ online, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: венозна, розмір голки 17G, довжина трубки 300 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 17G, довжина трубки 300 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням

2. Сума: 8 905 575.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 23.02.2026 17:10

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне підприємство "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01983163

7. Місцезнаходження: 43005, Україна, Волинська область, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 21

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 8 905 575.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		8 905 575.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Лютий 2026