

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-03-02-002890-a - e3da943ee7ed43bc88900fa32e0e9a1f

1. Найменування плану: Розхідні матеріали для проведення процедури гемодіалізу
2. Сума: 17 890 144.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 02.03.2026 10:25

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02774384
7. Місцезнаходження: 29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, ПРОВУЛОК ПРОСКУРИВСЬКИЙ, будинок 1
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 17 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 17 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: артеріальна, з кольоровим маркуванням, Магістраль з типом доступу: венозна/артеріальна, внутр. діаметр насосного сегменту: 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, сумісність з апаратом: 5008(Fresenius), стерилізація: Бета-випромінюванням – не містять DEHP (фталати), Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: 5008 виробництва Fresenius, 6008 виробництва Fresenius, Фільтр для використання у якості

бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 100, сумісність з апаратом для гемодіалізу: 4008/5008/5008S/6008 виробництва Fresenius, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі надोцтової кислоти, оцтової кислоти та пероксиду водню, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, дезінфекції систем підготовки води, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі натрію гіпохлориту та калію гідроксиду, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі лимонної, молочної та яблучної кислот, для гарячої дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: концентрат/розчин, на основі лимонної кислоти, для гарячої дезінфекції, декальцифікації та очищення апаратів гемодіалізу, Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопоточковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,6-1,7 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70, Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопоточковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70, Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопоточковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 2,0-2,1 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70, Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,4-1,5 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40, 30-124 мл/год, Кровопрвідні магістралі до діалізатора: артеріальна та венозна, для гемодіалізу, внутрішній Ø насосного сегменту 8 мм, конектори Luer Lock, кольорове маркування, сумісні з апаратом SWS-4000A, стерилізація етиленоксидом, Порошковий картридж основного компоненту: вміст сухого бікарбонату 650 г, сумісний з апаратом для гемодіалізу SWS-4000, Сухий кислотний концентрат з глюкозою, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 3ммоль/літр, Ca++: 1.5 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:107 ммоль/літр, CH₃COO: 6 ммоль/літр, глюкоза 1 г/л, пропорція змішування 1+34

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 17 890 144.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		17 890 144.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Березень 2026