

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-07-07-009442-a - 337edaebfd7a4963a96f25f06d28e23f

1. Найменування плану: Кровопрвідна магістраль для проведення гемодіалізу, внутрішній діаметр насосного сегменту: 8мм, тип доступу: артеріальна/венозна, з'єднання: Luer Lock, кольорове кодування, сумісність з апаратом: B.Braun Dialog+ online, B.Braun Dialog+, Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 40-70, Діалізатор низькопотіковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,6-1,7 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год, Діалізатор низькопотіковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,8-1,9 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год, Діалізатор низькопотіковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,0-2,1 м², коефіцієнт ультрафільтрації 6-30, 15-40 мл/год, Кровопрвідна магістраль для проведення гемодіалізації, тип доступу: артеріальна/венозна, з'єднання : Luer Lock, кольорове кодування, сумісність з апаратом: B.Braun Dialog iQ, радіаційна стерилізація, Внутрішній діаметр насосного сегменту: 8мм, Порошковий картридж основного компоненту: вміст сухого бікарбонату 720 г, сумісний з апаратом Nikkiso DBB-EXA, SurdialX, AK98, B.Braun Dialog+ online, B.Braun Dialog+, B.Braun Dialog iQ, Formula 2000, Formula Therapy, Nipro Surdial 55Plus, DIANOVA X2, Концентрат (розчин) кислотного компоненту діалізуючого розчину (з/без глюкозою): розчин, Na⁺ 138 ммоль/л, K⁺ 2 ммоль/л, Ca²⁺ 1.75 ммоль/л, Mg²⁺ 0.5 ммоль/л, Cl⁻ 109.5 ммоль/л, ацетат 3 ммоль/л, глюкоза 1 г/л, пропорція розведення 1+34, Фільтр для використання в якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 150, сумісність з апаратом для гемодіалізу: B.Braun Dialog+/Dialog iQ/Dialog+ online, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням

2. Сума: 7 930 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 07.07.2026 14:51

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02001297

7. Місцезнаходження: 46008, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Шпитальна 2

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33181000-2 Апарати для підтримування функції нирок

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 7 930 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		7 930 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Липень 2026