





 BioTestLab	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»		
	Адреса:	вул. Володимирська, 57А, м. Васильків	
	Тел.: Факс:	+ 380 44 245-77-25 +380 44 241-11-39	
	E-mail: http:	info@biotestlab.net www.biotestlab.net	
Тип документа: Вимоги користувача (URS)		Ексикатор скляний	Стор. 1 з 2



125-2023 03 02

**Технічне завдання
на ексикатор скляний**

Проект: «Будівництво науково-виробничого комплексу Біотестлаб»

Посада	Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ	Підпис	Дата
Розробив: Завідувач лабораторії контролю якості хім.-фарм препаратів	Олена БОНДАР		17.02.2023
Погодив: Начальник ВКЯ	Марія СІНЧУК		17.02.23
Погодив: Директор департаменту з забезпечення якості	Сергій КОЩАВЕЦЬ		17.02.23
Погодив: Головний інженер	Олександр ХРЯЧКО		28.02.23
Затвердив: Менеджер проекту	Олег ГРОДЗЕВИЧ		02.03.2023

Київ 2023

		ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»		
		Адреса:	вул. Володимирська, 57А, м. Васильків	
		Тел.: Факс:	+ 380 44 245-77-25 +380 44 241-11-39	
		E-mail: http:	info@biotestlab.net www.biotestlab.net	
Тип документу: Вимоги користувача (URS)		Ексикатор скляний		Стор. 2 з 2

1. Опис

- Призначений для зберігання матеріалів, чутливих до вологи (РСЗ, СЗ та ін.).
- Планується закупити 1 одиницю обладнання, яка буде розміщена в приміщенні 2-039.

2. Технічні характеристики

- Ексикатор з фарфоровою плитою;
- Діаметр отворів в фарфоровій плиті – (5-6) мм;
- Виготовлений з борсилікатного термостійкого скла;
- Розмір – 250, діаметр – 329 мм.

3. Параметри навколишнього середовища

- Категорія приміщення – не класифіковані;
- Температура – 18-25 °С;
- Вологість – 40-60%.

4. Вимоги до обладнання

- Обладнання має відповідати технічним характеристикам, вимогам охорони праці і унеможличувати травмування людей, які його експлуатують; має відповідати екологічним нормам і забезпечувати безпечну експлуатацію, як для людей і навколишнього середовища.

5. Документація

- Сертифікати на скло

6. Критерії приймання

- Відповідність зазначеним технічним характеристикам та вимогам до обладнання.

7. Гарантія

- Гарантія 24 місяці.